


无锡耐思生物科技有限公司

产品质量检验报告

产品名称		15mL离心管，无架包装		产品编号	601002	生产批号	012118E01
序号	检测项目	检验内容/检验依据				检测结果	
1	外观	黑点、气泡、拉痕等				符合要求	
2	尺寸	符合图纸规格				符合要求	
3	印刷	印刷内容正确、清晰，无缺墨、重影				符合要求	
		印刷牢固，3M胶带粘贴3次无脱墨				符合要求	
4	亲水性	TC处理后，测量接触角				NA	
5	离心力	符合SIP规定离心力值				符合要求	
6	密封性测试	抽负压，不渗漏				符合要求	
7	包装	包材、数量正确，包装完好				符合要求	
8	灭菌	辐照标签呈红色，有《辐照证明》				符合要求	
9	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》				符合要求	
10	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》				NA	
11	Rnase检测	《核酸酶检验规范》				符合要求	
12	Dnase检测	《核酸酶检验规范》				符合要求	
综合判定		OK					
说明：“检查结果”可填：符合要求、不符合要求或NA							
江苏省无锡市新区梅村工业集中区锡达路2		检验：	赵静	确认：			
电话：（+86）0510-88550100							
传真：（+86）0510-88550105		日期：	2018年2月26日	日期：	2018年2月26日		
http://www.cell-nest.com							



NEST

F-BD-032

版次：02