

# 无锡耐思生物科技有限公司

## 产品质量检验报告

|                           |  |                    |  |                  |  |            |  |      |  |                                      |  |
|---------------------------|--|--------------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|--------------------------------------|--|
| 产品名称                      |  | 1. 2mL冻存管，内旋盖，圆底可立 |  | 产品编号             |  | 606101     |  | 生产批号 |  | 031718K01                            |  |
| 序号                        |  | 检测项目               |  | 检验内容/检验依据        |  |            |  |      |  | 检测结果                                 |  |
| 1                         |  | 外观                 |  | 黑点、气泡、拉痕等        |  |            |  |      |  | 符合要求                                 |  |
| 2                         |  | 尺寸                 |  | 符合图纸规格           |  |            |  |      |  | 符合要求                                 |  |
| 3                         |  | 印刷                 |  | 印刷内容正确、清晰，无缺墨、重影 |  |            |  |      |  | 符合要求                                 |  |
|                           |  |                    |  | 印刷牢固，3M胶带粘贴3次无脱墨 |  |            |  |      |  | 符合要求                                 |  |
| 4                         |  | 亲水性                |  | TC处理后，测量接触角      |  |            |  |      |  | NA                                   |  |
| 5                         |  | 离心力                |  | 符合SIP规定离心力值      |  |            |  |      |  | NA                                   |  |
| 6                         |  | 密封性测试              |  | 抽负压，不渗漏          |  |            |  |      |  | 符合要求                                 |  |
| 7                         |  | 包装                 |  | 包材、数量正确，包装完好     |  |            |  |      |  | 符合要求                                 |  |
| 8                         |  | 灭菌                 |  | 辐照标签呈红色，有《辐照证明》  |  |            |  |      |  | 符合要求                                 |  |
| 9                         |  | 内毒素检测              |  | 《细菌内毒素检验规范》      |  |            |  |      |  | 符合要求                                 |  |
| 10                        |  | 细胞培养检测             |  | 《细胞培养类产品性能检验规范》  |  |            |  |      |  | NA                                   |  |
| 11                        |  | Rnase检测            |  | 《核酸酶检验规范》        |  |            |  |      |  | 符合要求                                 |  |
| 12                        |  | Dnase检测            |  | 《核酸酶检验规范》        |  |            |  |      |  | 符合要求                                 |  |
| 综合判定                      |  |                    |  | OK               |  |            |  |      |  |                                      |  |
| 说明：“检查结果”可填：符合要求、不符合要求或NA |  |                    |  |                  |  |            |  |      |  |                                      |  |
| 江苏省无锡市新区梅村工业集中区锡达路2       |  |                    |  | 检验：              |  | 赵静         |  | 确认：  |  | <div>无锡耐思生物科技有限公司<br/>质检专用章 杨洋</div> |  |
| 电话：（+86）0510-88550100     |  |                    |  |                  |  |            |  |      |  |                                      |  |
| 传真：（+86）0510-88550105     |  |                    |  | 日期：              |  | 2018年3月26日 |  | 日期：  |  | 2018年3月26日                           |  |
| http://www.cell-nest.com  |  |                    |  |                  |  |            |  |      |  |                                      |  |



**NEST**

F-BD-032

版次：02