

无锡耐思生物科技有限公司

产品质量检验报告

产品名称		5.0mL冻存管，外旋盖，圆底可立	产品编号	609001	生产批号	022718K02
序号	检测项目	检验内容/检验依据				检测结果
1	外观	黑点、气泡、拉痕等				符合要求
2	尺寸	符合图纸规格				符合要求
3	印刷	印刷内容正确、清晰，无缺墨、重影				符合要求
		印刷牢固，3M胶带粘贴3次无脱墨				符合要求
4	亲水性	TC处理后，测量接触角				NA
5	离心力	符合SIP规定离心力值				NA
6	密封性测试	抽负压，不渗漏				符合要求
7	包装	包材、数量正确，包装完好				符合要求
8	灭菌	辐照标签呈红色，有《辐照证明》				符合要求
9	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》				符合要求
10	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》				NA
11	Rnase检测	《核酸酶检验规范》				符合要求
12	Dnase检测	《核酸酶检验规范》				符合要求
综合判定		OK				
说明：“检查结果”可填：符合要求、不符合要求或NA						
江苏省无锡市新区梅村工业集中区锡达路2			检验：	赵静	确认：	杨洋
电话：（+86）0510-88550100						
传真：（+86）0510-88550105			日期：	2018年3月8日	日期：	2018年3月8日
http://www.cell-nest.com						



NEST

F-BD-032

版次：02