

无锡耐思生物科技有限公司

产品质量检验报告

产品名称		多层细胞培养器, 10层, 广口		产品编号		771302		生产批号		031018F01	
序号		检测项目		检验内容/检验依据						检测结果	
1		外观		黑点、气泡、拉痕等						符合要求	
2		尺寸		符合图纸规格						符合要求	
3		印刷		印刷内容正确、清晰, 无缺墨、重影						NA	
				印刷牢固, 3M胶带粘贴3次无脱墨						NA	
4		亲水性		TC处理后, 接触角不超过39度						符合要求	
5		离心力		符合SIP规定离心力值						NA	
6		密封测试		充气3Kpa, 泄露量≤3pa						符合要求	
7		强度测试		充气10Kpa, 泄露量≤10pa						符合要求	
8		包装		包材、数量正确, 包装完好						符合要求	
9		灭菌		辐照标签呈红色, 有《辐照证明》						符合要求	
10		灭菌后强度		充气8Kpa, 泄露量≤8pa						符合要求	
11		不溶性微粒		《不溶性微粒检验规程》						符合要求	
12		内毒素检测		《中国药典》2010版						符合要求	
13		细胞培养实验		《细胞培养类产品性能检验规程》						符合要求	
14		RNase实验		《核酸酶检验规范》						NA	
15		DNase实验		《核酸酶检验规范》						NA	
综合判定				OK							
说明: “检查结果”可填: 符合要求、不符合要求或NA											
江苏省无锡市新区梅村工业集中区锡达路2				检验:		赵静		确认:			
电话: (+86) 0510-88550100											
传真: (+86) 0510-88550105				日期:		2018年4月3日		日期:		2018年4月3日	
http://www.cell-nest.com											

