

无锡耐思生物科技有限公司

产品质量检验报告

产品名称		玻底培养皿，φ 15mm，TC		产品编号		801002		生产批号		011618Q01	
序号	检测项目	检验内容/检验依据							检测结果		
1	外观	黑点、气泡、拉痕等							符合要求		
2	尺寸	符合图纸规格							符合要求		
3	印刷	印刷内容正确、清晰，无缺墨、重影							NA		
		印刷牢固，3M胶带粘贴3次无脱墨							NA		
4	亲水性	TC处理后，测量接触角							符合要求		
5	离心力	符合SIP规定离心力值							NA		
6	密封性测试	抽真空-30kpa~-29Kpa，3分钟不渗漏							NA		
7	包装	包材、数量正确，包装完好							符合要求		
8	灭菌	辐照标签呈红色，有《辐照证明》							符合要求		
9	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》							符合要求		
10	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》							符合要求		
11	Rnase检测	《核酸酶检验规范》							NA		
12	Dnase检测	《核酸酶检验规范》							NA		
综合判定		OK									
说明：“检查结果”可填：符合要求、不符合要求或NA											
江苏省无锡市新区梅村工业集中区锡达路2				检验：	赵静		确认：				
电话：（+86）0510-88550100											
传真：（+86）0510-88550105				日期：	2018年1月29日		日期：	2018年1月29日			
http://www.cell-nest.com											

